



PROPOSTA DE PREÇOS

A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL/PB - CNPJ Nº 08.888.968/0001-08
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2026
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/02/2026 HORÁRIO: 09h:00min (Horário de Brasília)

Empresa: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 20.782.880/0001-02
 Endereço: Rua General Góes Monteiro, 473 – Imbiribeira, Recife/PE
 Inscrição Municipal: 522.408-D e Inscrição Estadual: 0587015-16
 Dados Bancários • Banco: Caixa • Operação: 093 • Agência: 2348 • Conta: 00003992-9
 Telefone: (81) 3038-7035 E-mail: licitacao@nordestemedical.com.br e contratos@nordestemedical.com.br
 Representante que assinará o contrato: Luciano Souza Kolbe – Casado – Brasileiro
 RG nº 1146523-SSP/SE - CPF nº 001.500.075-31
 Sócio Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	<p>•A Bomba de infusão ME660 é um equipamento destinado à infusão volumétrica aplicável a tratamentos clínicos que exigem controle uniforme e preciso da taxa de infusão a longo prazo e monitoramento do processo de infusão.</p> <p>•Comumente utilizada em serviços de urgência e emergência, centros cirúrgicos, unidades pediátricas, departamentos de ginecologia e obstetria, UTI, UCC, de clínicas e hospitais.</p> <p>•Para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.</p> <p>•Equipamento composto por carcaça, sistema de acionamento de motor, sistema de entrada, sistema de armazenamento, sistema de controle e sistema de exibição, sistema de monitoramento de sensores e sistema de alarme.</p> <p>•Tela de apresentação de dados, indicação de estado e ajuste de parâmetros com as seguintes configurações: o1 CD TFT Colorido o3,0 polegadas oResolução de 240x128</p> <p>•Estrutura de transmissão mecânica acionada por meio de motor de passo microprocessado causando o movimento regular da peça peristáltica.</p> <p>•Ajuste de parâmetros através de tela de toque suave</p> <p>•Através de sensores, a taxa do conjunto de infusão é controlado com precisão;</p> <p>•Compatível com conjuntos de infusão universais</p> <p>•Equipamento com biblioteca de medicamentos com possibilidade de armazenamento de até 3000 registros.</p> <p>•Sistema antibolus para retirada automática da pressão de tubo para casos de bolus não intencionais</p> <p>•Sistema de bloqueio automático e manual de tela</p> <p>•Possibilidade de ajuste de volume de alarmes e sistema</p> <p>•Possibilidade de ajuste de brilho de tela</p> <p>•Função de modo noturno</p> <p>•Com funções de entrada e visualização de informações do paciente</p> <p>•Com função de verificação automática ao ligar (auto teste)</p> <p>•Com possibilidade de exportação de dados</p> <p>•Grau de proteção IP44</p> <p>•Conformidade com as normas IEC60601-2-24, IEC60601-1-8, IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-12 2020 e EN1789 2020</p> <p>•Dimensões <208mm*150mm*99mm (Comprimento*Largura*Altura)</p> <p>•Peso: 1,5 Kg com bateria</p> <p>•Autonomia de bateria de até 7,8 horas</p> <p>•Alimentação bivolt automático 100-240V – 50/60Hz</p> <p>2. Modos de Infusão:</p> <p>•Taxa •Tempo •Gotejamento •Peso •Dose-tempo •Intermitente •Sequencial •Primeira dose •Rampa •Micro modo</p> <p>3. Faixas de trabalho</p> <p>•Taxa de infusão: 0,10 – 2000 ml/h •Gotejamento: 10 – 60 gota/ml •Bolus/purga: 0,10 – 2000 ml/h •VTBI: 0,10 – 9999 ml •Faixa de acúmulo: 0 – 9999 ml •Tempo predefinido: 00:00:01 – 99:59:59 (H:M:S) •Tempo em espera: 00:00:01 – 99:59:59 (H:M:S) •Peso: 0,1 – 300Kg •Dose: 0,001 – 99.999 ug/kg/min •Volume de medicamentos: 0,10 – 9999 ml •Dosagem: 0,01 – 99999 ng/kg/h •Concentração de medicamento: 0,001 – 9999.999 •KVO: 0,10 – 30 ml/h •Pressão de oclusão: 75 – 1125 mmHg em 15 níveis •Tamanho da bolha: 20 – 800 ul em 7 níveis</p>	UNID	1	R\$ 2.746,00	R\$ 2.746,00
<p>IMAGEM DO EQUIPAMENTO</p>					

oAr acumulado: 100ul/15min*1000ul/15min
oNutrientes: 1000/5000/10000 ul
•Tempo de quase concluído/vazio: 1-30 min

4.Revisão de dados

•Registro de, pelo menos, 2000 logs do sistema

5.Alarmes

•Oclusão
•VTBI finalizado
•KVO finalizado
•Garrafa Vazia
•Porta Aberta
•Erro de Sistema
•BAT Morto. (Bateria Morta)
•Bateria Desconectada
•Ar na linha
•Erro sistema
•Erro velocidade do motor
•Erro de direção do motor
•Taxa de gotejamento anormal
•Erro velocidade servo
•Erro de direção do servo
•Erro pot. Motor
•Bateria desconectada
•Erro sensor de pressão superior
•Falha no sensor de pressão a jusante
•Operação pausada
•Quase vazio
•Quase concluído
•Bateria fraca
•Fim da espera
•AC Off
•Erro de comunicação.

6.Conectividade

•Porta USB para exportação de dados e atualização de sistema
•Interface RS232
•Conexão para chamada de enfermagem
•Conexão com central de monitoramento

MARCA/FABRICANTE	COMEN
MODELO	IME600
PROCEDÊNCIA	ESTRANGEIRA
Nº ANVISA	80047300861
GARANTIA	12 MESES

DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

R\$ 2.746,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

DECLARAMOS AINDA QUE:

- 1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- 2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
- 3) que estamos em perfeito atendimento de todos os itens solicitantes no Edital. Informamos que todos os acessórios solicitados estão contemplados em nossa proposta para o perfeito funcionamento do equipamento e o completo atendimento do item solicitado em edital.
- 4) que prestará serviços de manutenção e assistência técnica e treinamento pela empresa autorizada de assistência técnica, sobre a execução dos serviços nas condições exigidas no edital com o compromisso de reposição de peças e/ou material de consumo, quando necessário ao funcionamento, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e declara também capacitação e treinamento dos usuários para utilização inicial do produto, sem ônus para o órgão participante, e compromisso de disponibilidade após esse período sempre que necessário.

Assistência técnica será com a empresa:

NORDESTE MEDICAL, REP. IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA
R GENERAL GOES MONTEIRO, 473, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE
Telefone: (81) 3038-7035 E-mail: licitacao@nordestemedical.com.br

Recife/PE segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026

NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 20.782.880/0001-02
LUCIANO SOLIZA KOLBE
RG Nº 1146523 - SSP/PE
CPF Nº 001.500.075-31
SÓCIO ADMINISTRADOR

NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 20.782.880/0001-02
GERMÃO PORTELA DE SÁ BARRETO
RG Nº 4102654 - SSP/PE
CPF Nº 022.748.404-58
SÓCIO ADMINISTRADOR